




NEWGENE Covid-19 Antigen Test Kit

Spyt Test



Indhold

25 stk. testkits

- Pipetter x 25.
- Vatpinde x 25.
- Papirs kopper x 25.
- Indlægsseddel x 1.
- 1.000 test per kolli. 40 æsker.
- Æskedimensioner: 23 x 14 x 8cm.
- Vægt: 340g

5 stk. testkits

- Pipetter x 5.
- Vatpinde x 5.
- Papirs kopper x 5.
- Indlægsseddel x 1.
- 1.000 test per kolli. 200 æsker.
- Æskedimensioner: 12 x 9 x 6.7cm
- Vægt: 100g

Produkt Funktioner

- Påvisning af Coronavirus.
- Resultat ved hjælp af spytp prøve.
- Hurtig påvisning: Resultatet fremvises på 15 minutter.
- Høj nøjagtighed.
- Let at anvende.
- Clinical sensitivity = 97.3%
- Clinical specificity = 99.0%
- Total agreement rate = 98.1%

Certifikater

Produktet lever op til In Vitro Diagnostic Directive (98/79/EC) og de følgende standarder:

EN 23640:2015

EN 13640:2002

EN 980:2016

EN 13641:2002

EN ISO 14971:2019

EN ISO 18113-1 2011

EN 13612:2002



EN ISO 18113-4 2011

ISO 13485:2016 - Certifikat nummer: MD 729179





Testprocedure

Prøvetagning:



Resultat:



For further information, please contact Cyrix Medical Products APS on:

Tel.: +45 60 48 62 69

Mail: INFO@CYRIX.IO